



Серія АА

ЛІЦЕНЗІЯ

№ 006494

№ **ОВ 020344**

**ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
УКРАЇНИ**

Ідентифікаційний код 21721086

Видана

**КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
«СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ»
СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
(КНП «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ»)
31100, Хмельницька обл., місто Старокостянтинів (пн),
ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 47**

(найменування, місцезнаходження юридичної особи або прізвище ім'я та по батькові громадянина-підприємця, місце проживання)

Ідентифікаційний код юридичної особи

02004479

На право провадження діяльності

**використання джерел іонізуючого
випромінювання**

(вид діяльності)

Місце провадження діяльності

**31100, Хмельницька обл.,
місто Старокостянтинів (пн),
ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 47**

(адреса місця провадження діяльності суб'єкта або адреси його територіально
відокремлених підрозділів, за якими провадиться діяльність)

Перелік документів, на підставі яких прийнято
рішення про видачу ліцензії

згідно з розділом 1

Технологічні процеси або види господарської
діяльності, в яких використовуються джерела
іонізуючого випромінювання

діагностична радіологія

Умови провадження діяльності

згідно з розділом 2

Дата видачі ліцензії

24 грудня 2019 р.

Дата переоформлення
ліцензії

14 січня 2022 р.

Строк дії ліцензії

з 24 грудня 2019 р. по 24 грудня 2022 р.

**Виконуючий обов'язки Голови —
Головного державного інспектора
з ядерної та радіаційної безпеки України**

МП

Олег КОРІКОВ

Діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) має здійснюватись ліцензіатом згідно з Вимогами та умовами безпеки (ліцензійними умовами) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затвердженими наказом Держатомрегулювання від 02.12.2002 № 125 та зареєстрованими в Мін'юсті України 17.12.2002 за № 978/7266.

Розділ 1. Перелік документів, на підставі яких прийнято рішення про видачу ліцензії

- 1.1. Заяви для видачі, переоформлення та внесення змін до ліцензії (вх. Держатомрегулювання: від 11.03.2017 № Л 462, від 21.12.2021 № Л 2311) та подані разом з ними документи.
- 1.2. Висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, затверджений 18.10.2021.
- 1.3. Накази Держатомрегулювання: від 30.03.2021 № 178, від 14.01.2022 № 22.

Розділ 2. Умови провадження діяльності

2.1. Цією ліцензією дозволяється використання ДІВ, що генерують іонізуюче випромінювання, у межах зазначених нижче параметрів:

- 1) комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний РУМ-20М, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ, 1 од., адміністративний корпус, рентгенівський кабінет;
- 2) система рентгенівська мобільна PLX-102 (заводський номер 078-P/2011), максимальна прискорювальна напруга 90 кВ, 1 од., хірургічний корпус, відділення анестезіології та інтенсивної терапії;
- 3) апарат рентгенівський діагностичний пересувний 8ЛЗ Арман-1, максимальна прискорювальна напруга 75 кВ, 1 од., хірургічний корпус, хірургічне відділення;
- 4) система рентгенівська мобільна IMAX 1600V, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ, 1 од., хірургічний корпус, хірургічне відділення;
- 5) апарат рентгенівський діагностичний ECLYPSE (ECL009), максимальна прискорювальна напруга 150 кВ, 1 од., хірургічний корпус, відділення невідкладної екстреної медичної допомоги, рентгенівський кабінет;
- 6) томограф комп'ютерний SOMATOM go.All, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ, 1 од., хірургічний корпус, відділення невідкладної екстреної медичної допомоги, кабінет комп'ютерної томографії;
- 7) система рентгенографічна та флюороскопічна OPERA T30cs, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ, 1 од., складське приміщення;
- 8) апарат рентгенівський діагностичний пересувний 9Л5 Арман-1, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ, 1 од., складське приміщення;
- 9) апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний цифровий Аспект, максимальна прискорювальна напруга 125 кВ, 1 од., складське приміщення;
- 10) система рентгенівська мобільна PLX-102 (заводський номер 2007-130), максимальна прискорювальна напруга 90 кВ, 1 од., складське приміщення.

При цьому дозволяються такі види робіт з ДІВ:


зазначеними у підпунктах 1-3: експлуатація, зберігання;

зазначеними у підпунктах 4-6: експлуатація, зберігання, передача (збут);

зазначеним у підпункті 7: зберігання, передача (збут);

зазначеними у підпунктах 8-10: зберігання.

- 2.2. Ліцензіату дозволяється експлуатація ДІВ, зазначеного у підпункті 7 пункту 2.1, після підтвердження спроможності здійснювати такий вид робіт та внесення відповідних змін до ліцензії.

**Начальник Північно-західної інспекції
Держатомрегулювання**  **Володимир ХАБАРОВ**

Попередня ліцензія: ОВ 020166 видана 21 вересня 2011 р.

Ліцензія переоформлена на новому бланку з урахуванням змін:

від 30 березня 2021 року;
від 14 січня 2022 року.

**Виконуючий обов'язки Голови –
Головного державного інспектора
з ядерної та радіаційної безпеки України**



Олег КОРИКОВ

ВНЕСЕННЯ ЗМІН:

Зміна № 1 внесена 29 грудня 2022 р. Строк дії ліцензії продовжено на 5 років (до 24.12.2027).

**Виконуючий обов'язки Голови –
Головного державного інспектора
з ядерної та радіаційної безпеки України**



Олег КОРИКОВ

Зміна № 1

1. Перелік документів, на підставі яких прийнято рішення про внесення змін до ліцензії:

- 1.1. Заява від 12.12.2022 № 1397/01-22 (вх. Держатомрегулювання від 13.12.2022 № Л 1476) та подані разом з нею документи.
- 1.2. Наказ Держатомрегулювання від 29.12.2022 № 778.

2. Зміни, що вносяться до ліцензії:

- 2.1. Строк дії ліцензії продовжено на 5 років (до 24.12.2027).

- 2.2. У розділі 2:

у частині першої пункту 2.1:

підпункт 9 викласти в такій редакції:

«9) система рентгенографічна діагностична загального призначення мобільна цифрова Optima XR240amx, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ, 1 од.»;

підпункт 10 виключити;

частину другу пункту 2.1 викласти в такій редакції:

«При цьому дозволяються такі види робіт з ДІВ:

зазначеними у підпунктах 1-3: експлуатація, зберігання;

зазначеними у підпунктах 4-6: експлуатація, зберігання, передача (збут);

зазначеним у підпункті 7: зберігання, передача (збут);

зазначеним у підпункті 8: зберігання;

зазначеним у підпункті 9: отримання (придбання), зберігання.»;

доповнити пунктами 2.3-2.5 такого змісту:

«2.3. Ліцензіат забезпечує реєстрацію ДІВ відповідно до Порядку державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання, здійснення контролю та ведення обліку індивідуальних доз опромінення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. № 1718.

2.4. Ліцензіату дозволяється експлуатація ДІВ, зазначеного у підпункті 9 пункту 2.1, після підтвердження спроможності здійснювати такий вид робіт та внесення відповідних змін до ліцензії.

2.5. Ліцензіату забороняється прийняття в експлуатацію ДІВ медичного призначення, зазначеного у підпункті 9 пункту 2.1, у разі невідповідності вимогам статті 17 Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання».

**Виконуючий обов'язки Голови –
Головного державного інспектора
з ядерної та радіаційної безпеки України**



Олег КОРІКОВ

29 грудня 2022 р.

Начальник Північно-західної інспекції

Володимир ХАБАРОВ